


Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. N 560н (ред. от 18.02.2021) «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований»

Приложение N 18 к Правилам проведения рентгенологических исследований, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от "9" июня 2020 г. N 560н

Кабинет магнитно-резонансной томографии

п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ¹	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Количество, шт.
1. ²	135130	Система магнитно-резонансной томографии всего тела, с постоянным магнитом		
	135140	Система магнитно-резонансной томографии всего тела, с резистивным магнитом	Магнитно-резонансный томограф	1
	135160	Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом		

	155920	Система магнитно-резонансной томографии конечностей, со сверхпроводящим магнитом		
2.	237170	Катушка радиочастотная системы магнитно-резонансной томографии		Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения
3. ²	341950	Термопринтер с диффузией красителя		Лазерная камера сетевая для печати изображений на пленке, стандарт DICOM
	234270	Видеопринтер		
4.	260470	Стеллаж общего назначения		Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях




5.	260470	Стеллаж назначения	общего	Стеллаж хранения твердых аналоговых изображений	для копий	1
----	--------	-----------------------	--------	---	--------------	---

Прочее оборудование (оснащение)

п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.
1.	Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений	1
2.	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета магнитно-резонансной томографии должности врача-рентгенолога)	1
3.	Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM	1

¹Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

² Необходимо наличие одной из указанных позиций.



Нормативные документы

1. СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2)
2. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
3. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (с изменениями и дополнениями)
4. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями) Глава 2. Организация и осуществление лицензирования

С уважением,
Директор



Шаньгин Н.Н.
Шаньгин Н.Н.

