

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. N 560н (ред. от 18.02.2021) «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований»

Приложение N 3 к Правилам проведения рентгенологических исследований, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от "9" июня 2020 г. N 560н

Стандарт оснащения рентгенологического кабинета

Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ¹	Наименование медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Количество, шт.
1 ² 191190	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая		
191220	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая	Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый	1
191090	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая		
191330	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, цифровая		
2 ² 348970	Термопринтер	Принтер для печати цифровых	1 при наличии цифрового

	341950	Термопринтер с диффузией красителя	изображений	рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиологии
	234270	Видеопринтер		
3 ²	267590	Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате	Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработки аналоговых изображений на рентгеновской пленке или системе для компьютерной радиологии	1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата
	185080	Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном свете		
4.	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях	1
5.	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений	1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.
1.	Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений	1

2.	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании рентгеновского кабинета должности врача-рентгенолога)	1
3.	Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM	1

¹ Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

² Необходимо наличие одной из указанных позиций.



Нормативные документы

- СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований.
- СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2).
- СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

С уважением,
Директор



Шаньгин Н.Н.

