

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н (ред. от 21.02.2020 г.) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю хирургия»

Приложение N 6

Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

N п/п	Наименование (оборудования)	оснащения	Количество, шт.
1.	Стол операционный универсальный		не менее 1 на операционную
2.	Светильник хирургический бестеновой		не менее 1
3.	Столик инструментальный		не менее 3
4.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический		не менее 1
5.	Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала		не менее 6
6.	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария		не менее 1 на операционный стол
7.	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий		не менее 4
8.	Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой		не менее 2

хирургии		
9.	Набор интубационный	не менее 3
10.	Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения	по требованию
11.	Набор для эпидуральной анестезии одноразовый	по требованию
12.	Инъектор автоматический для внутривенных вливаний	не менее 1
13.	Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O ₂ , N ₂ O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа	не менее 1 на операционный стол
14.	Система для аутогемотрансфузии*(4)	не менее 1
15.	Монитор операционный, включающий: <ul style="list-style-type: none"> • неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.); • контроль частоты сердечных сокращений; • контроль электрокардиограммы; • контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); • контроль CO₂ в конечновыдыхаемом газе; • контроль O₂ в дыхательном контуре; • контроль термометрии; • контроль частоты дыхания. 	не менее 1 на операционный стол

16.	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 2
17.	Дефибриллятор	не менее 1
18.	Комплект мебели для операционной	не менее 1
19.	Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии	по требованию
20.	Столик операционной сестры	не менее 2
21.	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала	не менее 2
22.	Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием	не менее 4
23.	Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики	не менее 1
24.	Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером*(3)	не менее 1
25.	Термоматрас для операционного стола	не менее 1

26.	Стойка для дозаторов и инфузоматов	не менее 3
27.	Набор хирургических инструментов большой	не менее 3
28.	Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии	не менее 4
29.	Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке	не менее 1
30.	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций	по требованию
31.	Операционный микроскоп	по требованию
32.	Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 2 крат	не менее 2
33.	Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 3,5-4 крат	по требованию
34.	Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 6 крат	по требованию
35.	Налобные осветители	по требованию
36.	Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком	по требованию
37.	Инструментальный сосудистый набор	не менее 1

38.	Набор инструментов* (6) микрохирургических	не менее 2
39.	Набор инструментов для работы на сухожилиях* (5)	не менее 1
40.	Набор инструментов для работы на костях	не менее 1
41.	Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами* (3)	по требованию
42.	Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа* (3)	по требованию
43.	Системы для аспирационного дренирования	по требованию
44.	Набор для дермабразии	по требованию
45.	Набор для механической липосакции	по требованию
46.	Набор для профилактики тромбэмболических осложнений (механической компрессии вен ног во время операции)	по требованию

Приложение дополнено сноской с 8 августа 2020 г. - Приказ Минздрава России от 21 февраля 2020 г. N 114Н

*(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с

изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).

*(2) При отсутствии клинической и биохимической лаборатории в структуре медицинской организации.

*(3) В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции на костях.

*(4) В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции.

*(5) В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции на кисти.


*(6) В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции с использованием микрохирургической техники.

Приложение N 9


**Стандарт оснащения хирургического отделения
(за исключением операционной (операционного блока))**

N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Количество, шт.
1.	Рабочее место заведующего хирургическим отделением	1
2.	Рабочее место врача	по числу врачей
3.	Кровать функциональная	25
4.	Столик (тумбочка) прикроватный	25
5.	Стул для пациента	25
6.	Система палатной сигнализации	1 на хирургическое отделение
7.	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	1 на хирургическое отделение

8.	Шкаф медицинский	не менее 5
9.	Негатоскоп	не менее 1
10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*(1)
11.	Светильник бестеневой медицинский передвижной	не менее 2
12.	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов	не менее 2
13.	Шкаф для лекарственных средств, препаратов	не менее 1
14.	Стол перевязочный	по числу перевязочных
15.	Стол инструментальный	не менее 2
16.	Столик манипуляционный	не менее 2
17.	Измеритель артериального давления	не менее 2
18.	Стетофонендоскоп	по требованию
19.	Термометр медицинский	по требованию




20.	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 2 на перевязочную
21.	Кушетка медицинская смотровая	не менее 2
22.	Кресло смотровое универсальное	не менее 1
23.	Холодильник для хранения медикаментов	не менее 2
24.	Емкости с крышками для дезрастворов	по требованию
25.	Стерилизатор для инструментов	не менее 2
26.	Отсос хирургический вакуумный	не менее 1
27.	Стойка для инфузионных растворов	по требованию
28.	Анализатор газов крови*(2)	не менее 1
29.	Анализатор гематологический*(2)	не менее 1
30.	Установка (устройство) для обработки рук хирурга	не менее 2
31.	Противопролежневый матрас	не менее 3



32.	<p>Монитор прикроватный, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • контроль частоты сердечных сокращений; • контроль частоты дыхания; • контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия). 	не менее 1
33.	Набор хирургический малый	не менее 2
34.	Хирургический инструментарий	по требованию
35.	Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке	не менее 1
36.	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций	по требованию

*(1) Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).

*(2) При отсутствии клинической и биохимической лаборатории в структуре медицинской организации.



Нормативные документы

1. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
2. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (с изменениями и дополнениями).
3. 6.Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями) Глава 2. Организация и осуществление лицензирования.

С уважением,
Директор



Н.Н. Шаньгин
Шаньгин Н.Н

