Евромед
Надежный поставщик
Медицинского оборудования

ИНН 6316228147 / КПП 631601001
Ф-л ТОЧКА Банк Киви Банк АО г.Москва
ОГРН 1166313150574
К/С 30101810445250000797
Р/с 40702810210050011333
БИК 044525797

443010, г. Самара
Ул. Красноармейская 1Б
Email: info@euromedrus.ru
www.euromedrus.ru
Тел.: 8 (846) 922-75-71
Звонок бесплатный: 8 800 550 35 71

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. N 560н (ред. от 18.02.2021) «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований»

Приложение N 15 к Правилам проведения рентгенологических исследований, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «9» июня 2020 г. N 560н

Кабинет рентгеновской компьютерной томографии

п/п	Наименование медицинского изделия	Количество, шт.
1.	Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), 16 и более срезов	1
2.2	Автоматический шприц-инжектор	1 на аппарат при проведении рентгеновских компьютерно-томографических исследований с использованием контрастных лекарственных препаратов
3.2	Лазерная камера для печати медицинских изображений на пленке, стандарт DICOM	1
4.	Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях	1
5.	Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений	1

Евромед
Надежный поставщик
Медицинского оборудования

ИНН 6316228147 / КПП 631601001
Ф-л ТОЧКА Банк Киви Банк АО г.Москва
ОГРН 1166313150574
К/С 30101810445250000797
Р/с 40702810210050011333
БИК 044525797

443010, г. Самара
Ул. Красноармейская 1Б
Email: info@euromedrus.ru
www.euromedrus.ru
Тел.: 8 (846) 922-75-71
Звонок бесплатный: 8 800 550 35 71

Прочее оборудование (оснащение)

п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.
1.	Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений	1
2.	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета рентгеновской компьютерной томографии должности врача-рентгенолога)	1
3.	Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM	1

---

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
2 Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Евромед
Надежный поставщик
Медицинского оборудования

ИНН 6316228147 / КПП 631601001
Ф-л ТОЧКА Банк Киви Банк АО г.Москва
ОГРН 1166313150574
К/С 30101810445250000797
Р/с 40702810210050011333
БИК 044525797

443010, г. Самара
Ул. Красноармейская 1Б
Email: info@euromedrus.ru
www.euromedrus.ru
Тел.: 8 (846) 922-75-71
Звонок бесплатный: 8 800 550 35 71

Нормативные документы

- СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований.
- СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2).
- СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

С уважением,

Директор **Шаньгин Н.Н**

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 6316228147 «ЕВРОМЕД» ОГРН 1166313150574 Россия, Самара