

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. N 560н (ред. от 18.02.2021) «Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований»

Приложение N 6 к Правилам проведения рентгенологических исследований, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 560н

Стандарт оснащения рентгеновского кабинета для рентгенографии легких (флюорографии)

п / п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий ¹	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование медицинского изделия	Количество, шт.
1	114050	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения портативная, цифровая	Аппарат рентгеновский для флюорографии легких аналоговый или цифровой или Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии и цифровой	1
2	173200	Система рентгеновская флюороскопическая переносная общего назначения, цифровая		
	191090	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная, аналоговая		

191330 Система
флюороскопическая
рентгеновская
общего назначения
стационарная,
цифровая

209250 Система
флюороскопическая
рентгеновская
общего назначения
передвижная,
аналоговая

209270 Система
флюороскопическая
рентгеновская
общего назначения
передвижная,
цифровая


2	348970	Термопринтер	Принтер для печати изображений	1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиологии
2	341950	Термопринтер диффузией красителя	с	
	234270	Видеопринтер		



3	260470	Стеллаж назначения	общего	Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях	1
4	260470	Стеллаж назначения	общего	Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений	1 при наличии аппарата рентгеновского для флюорографии легких на пленке

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.
1.	Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений	1
2.	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании рентгеновского кабинета для рентгенографии легких (флюорографии) должности врача-рентгенолога)	1
3.	Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM	1



¹ Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

² Необходимо наличие одной из указанных позиций.



Нормативные документы

- СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований.
- СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2).
- СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

С уважением,
Директор



Н.Н. Шаньгин
Шаньгин Н.Н

