

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 918н (ред. от 21 февраля 2020 г.) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Приложение N 19
к Порядку оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, утв. приказом
Министерства здравоохранения РФ
от 15 ноября 2012 г. N 918н

Стандарт оснащения отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения

N п/п	Наименование оборудования	Количество, шт.
1.	Ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей (электрокардиограмма, инвазивное и неинвазивное давление, пульсоксиметрия)	1
2.	Стол для мониторов и компьютеров ангиографического комплекса	2
3.	Иньектор автоматический для введения контрастного вещества для ангиографии	1
4.	Полный набор одноразового инструментария для проведения диагностических и лечебных рентгенэндоваскулярных процедур в необходимом размерном ряде	по требованию


5.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивных вмешательств	по требованию
6.	Стол для инструментов	2
7.	Стол анестезиологический	2
8.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения (фартук, воротник, очки, шапочка, перчатки)	7
9.	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала	2
10.	Шкаф для инструментов	2
11.	Шкаф для лекарственных средств и препаратов	2
12.	Светильник (лампа) операционный	1
13.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*

14.	Электрокоагулятор хирургический	1
15.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный	1
16.	Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) наружный с электродами	1
17.	Оборудование для стерилизации медицинских инструментов (при отсутствии стерилизационного отделения)	1
18.	Аппарат наркозно-дыхательный с полным набором инструментов для оказания анестезиологического пособия	1
19.	Инъектор автоматический для внутривенных вливаний (инфузомат)	1
20.	Внутриартериальный баллонный контрпульсатор	1
21.	Штатив для длительных инфузионных вливаний	2
22.	Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования	1

23. Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером

1 на
рабочее
место

* Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424), от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).



Нормативные документы

- СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

С уважением,
Директор




Шаньгин Н.Н.

