


Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2017 г. N 974н «Об утверждении Правил проведения эндоскопических исследований»

Приложение N 3
к Правилам проведения
эндоскопических исследований,
утвержденным приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 6 декабря 2017 г. N 974н

Стандарт оснащения эндоскопического кабинета

п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Количество, шт.
1	Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель	не менее 1
2	Монитор	1 при наличии видеоэндоскопической системы
3	Видеопроцессор	1 при наличии видеоэндоскопической системы
4	Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)	не менее 1

5	Видеокапсульная система	по требованию
6	Ультразвуковой аппарат	по требованию
7	Ультразвуковой эндоскоп (с радиальным датчиком)	по требованию
8	Ультразвуковой эндоскоп (с конвексным датчиком)	по требованию
9	Эндоскопический ультразвуковой датчик	по требованию
10	Электрохирургический блок	по требованию
11	Эндоскопический стол (кушетка)	не менее 1
12	Аптечка для оказания неотложной помощи	1
13	Автоматизированное рабочее место врача-эндоскописта	не менее 1



Нормативные документы

- СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность;
- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями) Глава 2. Организация и осуществление лицензирования.

С уважением,
Директор



Шаньгин Н.Н

